


Sacarímetros según Brix (tipo Java)

con termómetro +20+40:0,5°C - calibrados a 27,5°C

tipo	graduación	división	longitud total	referencia
1	0 - 5 % masa	0,05 % masa	550 mm	3291014
2	2 - 13,5 % masa	0,05 % masa	550 mm	3291015
3	13 - 21 % masa	0,05 % masa	550 mm	3291016
4	19 - 27 % masa	0,05 % masa	550 mm	3291017
5	26 - 48 % masa	0,1 % masa	550 mm	3291018
6	46 - 68 % masa	0,1 % masa	550 mm	3291019



Productos relacionados

.../04
con certificado oficial DKD

Notas

- Cada instrumento lleva número de serie individual y se suministra con un Certificado de Conformidad.
- Precisión garantizada según la normativa específica o en su contra por la PTB Alemana.
- Todos los instrumentos se suministran con un estuche de plástico anti-rodamiento.
- Otras temperaturas de calibración bajo demanda.
- Fabricaciones especiales según especificaciones del cliente bajo demanda.

Información disponible en:

www.e-berman \ Descargas

- Ejemplo de Certificado Conformidad.
- Ejemplo de Certificado Oficial DKD.
- Puntos de calibración verificados en los Certificados Oficiales DKD (.../04)
- Reconocimiento internacional de calibraciones oficiales (EA-ILAC-IAF).